



neat



Gebruiksaanwijzing

NOVO IP

NE41 16001-00 V1.0



1 Inhoud van de verpakking ①

#	Benaming
1	NOVO IP toestel
2	AC Adapter
3	LAN kabel
4	SMILE zender
5	SMILE accessoires (niet getoond)

2 Knoppen, LED's e.d. ②

#	Functie
PS1	Aan/uit knop (voeding)
C1	IP (RJ45 Ethernet)
C2	DC (Micro USB)
SIM	Houder voor SIM kaartje
B1	Alarmknop (rood)
B2	Herstelknop (groen/geel)*
B3	Extra knop (geel/groen)*
M1	Microfoon
L1	Aansluitingsfout
L2	AC/DC probleem
L3	Accu probleem
L4	Onder alarmknop B1 (rood)
L5	Onder herstelknop B2 (groen/geel)*
L6	Onder extra knop B3 (geel/groen)*

*Hangt af van model/markt

2.1 Geluiden

Meest gebruikte geluiden in de NOVO IP zijn:

- OK – “Blip”
- Verbreken – “Di-Du-Da”
- Foutmelding – “Blurp”
- Voor-alarm toon – “Melodie”

3 Toestel instellen

1. Verbind de netwerk kabel met de router/switch of gelijkwaardig en de IP connector (C1).
2. Steek de AC adapter in het stopcontact.
3. Verbind de AC adapters Micro USB plug met de DC aansluiting (C2).
4. Schakel toestel in door op knop PS1 te drukken.

5. Test het zendbereik via het servicemenu, zie 4.2.
6. Maak een testoproep naar de ontvanger om verzekerd te zijn van een goede werking.

3.1 SMILE installeren ③

SMILE is een draagbare alarmgever die zowel met een halskoord als met een polsband gedragen kan worden. De meegeleverde SMILE is reeds op de NOVO IP aangemeld en klaar voor gebruik.

Afbeelding ③ laat zien hoe het halskoord of de polsband gemonteerd moet worden.

3.2 Alarm verzenden met NOVO IP

Druk op de alarmknop (B1). Een voor-alarm signaal is hoorbaar en daarna maakt de NOVO IP verbinding met de ontvanger. Tijdens het voor-alarm kan de alarmoproep afgebroken worden door op de Herstelknop (B2) te drukken.

4 Controle stand en Service Menu

NOVO IP is normaal gesproken in de stand-by stand, dat wil zeggen dat nog door de gebruiker (bijvoorbeeld gebruikersalarm) , nog automatisch (bijvoorbeeld testalarm) een gebeurtenis / actie plaatsvindt. Controle stand en Service Menu zijn manieren om het toestel gemakkelijk te configureren.

4.1 Controle stand (CS) functies

Ga naar CS door kort op de knop PS1 te drukken wanneer het apparaat in de stand-by stand staat. Wanneer de eenheid in CS is, dan branden alle LED's L4-6. Het apparaat keert automatisch terug naar de stand-by stand na de uitvoering van de functie of 5 seconden van inactiviteit.

#	Controle stand (CS) functies
1	Wissel alarmknop verlichting
2	Verander volume (spraak/signaal)
3	Ga naar Service Menu

4.1.1 Wissel alarmknop verlichting

Druk op B1 en houd deze voor meer dan 3 seconden vast om de alarmknop verlichting aan of uit te schakelen.

4.1.2 Verander volume

Druk op B2 en houd deze meer dan 3 seconden vast om het spraakvolume in te stellen. Laat B2 los en druk hem binnen 5 seconden weer in om het signaal volume in te stellen.

4.1.3 Ga naar Service Menu

Druk meer dan 3 seconden op B3 om in het Service Menu te komen.

4.2 Service Menu (SM) functies

Ga naar het Service Menu door de aan/uit-knop (PS1) kort in te drukken (hiermee gaat u naar de controle stand) en vervolgens knop B3 gedurende meer dan 3 seconden. In het Service Menu brandt LED4 en knippert LED6. Bij het invoeren van elke functie laat de NOVO IP de bijbehorende tekst horen.

Voer de functie uit door op B1 te drukken of stap naar de volgende door op B3 te drukken. Na het afronden van de programmering in een geselecteerde functie, komt NOVO IP automatisch terug naar het SM. Ga naar de volgende functie door op B3 te drukken of sluit af door op B2 te drukken.

De onderstaande lijst gaat ervan uit dat u al in SM bent en naar de gevraagde functie hebt gezocht.

Service Menu functies

1	Zender toevoegen
2	Bereik testen
3	Zender verwijderen
4	Externe GSM antenne status
5	Wissel Thuis/weg/passief status

4.2.1 Zender toevoegen

Voeg een zender toe door op B3 te drukken om naar radiopositie 1 te gaan, dit wordt aangegeven met een korte 'pieptoon'. Druk nogmaals op B3 om naar positie 2 te gaan, nu aangegeven met twee korte 'pieptonen'. Ga naar de gewenste positie door op B3 te drukken tot de NOVO IP het aantal keren dat overeenkomt met de gewenste radiopositie piept. Voeg de zender toe door deze te activeren (bijvoorbeeld op de alarmknop op SMILE).

- Korte pieptoon - Actie OK en zender batterij OK
- Lange pieptoon - Actie OK en zender batterij bijna leeg.
- Foutmelding - De zender is al aanwezig op een andere positie.

Functie afsluiten door op B2 te drukken.

4.2.2 Bereik testen

Bij de bereik test is het mogelijk om de radioverbinding tussen een aangesloten zender en NOVO IP te testen. Wanneer u in de test uitvoert dan activeert u de aangesloten zender (bijv. Druk op de alarmknop op SMILE). De NOVO IP reageert met een 'bleep' als de radio dekking goed is. Op de SMILE knippert de LED groen om te bevestigen dat de radio dekking OK is.

Sluit de functie af door op B2 te drukken.

4.2.3 Zender verwijderen

Verwijder een zender door op B3 te drukken om naar radiopositie 1 te gaan, dit wordt aangegeven met een korte 'pieptoon'. Druk nogmaals op B3 om naar positie 2 te gaan, nu aangegeven met twee korte 'pieptonen'. Stap naar de gewenste positie door op B3 te drukken tot de NOVO het aantal keren dat correspondeert met de gewenste radiopositie piept. Druk om de zender te verwijderen B1 langer dan 3 seconden in. Een korte pieptoon bevestigt de verwijdering.

Ga uit deze functie door op B2 te drukken.

4.2.4 Externe GSM antenne status

Als met GSM gebruik een externe antenne toegepast wordt dan kunt u die met deze functie in- of uitschakelen.

Ga terug naar het Service Menu door op B2 te drukken.

4.2.5 Wissel Thuis/weg/passief status

Deze functie wordt verder beschreven in het NOVO – Technical Handbook, NE41 15013 –02. Verander de status door langer dan 3 seconden op B1 te drukken.

4.3 Foutmeldingen

Als "akoestische waarschuwing" geactiveerd is, wordt een fout aangegeven met een bleep en/of spraakbericht.

Het wordt regelmatig herhaald tot het probleem is opgelost of de B2 knop wordt ingedrukt om het waarschuwingsgeluid te stoppen. Fouten worden ook aangegeven met de indicatie LED's L1 tot L3, die volgens onderstaande tabel het probleem aanduiden tot dit is opgelost.

Indicatie	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde actie
-----------	-------------------	--------------------

Groen, constant	Geen IP of geen GSM communicatie	Check lokaal netwerk of SIM-kaart (pincode) Check zendbereik
Rood knipperen	Nestspanning uitval, defecte AC adapter	Controleer AC adapter en/of snoer
Geel, constant	Accu defect / niet geladen	Controleer accu
Groen – rood – geel knipperen	Radio interferentie	Check voor storende radiobronnen. Verplaats draadloze (DECT) telefoons, WiFi zenders e.d. ten minste 1 meter weg van de NOVO IP

5 Belangrijk

5.1 Gebruik en onderhoud

- Temperatuurbereik 5 - 55 ° C
- Beschadig het apparaat of zijn onderdelen niet.
- Bij beschadiging onmiddellijk contact opnemen met geautoriseerd personeel.
- Niet blootstellen aan direct zonlicht.
- Verwijder stof, vocht en vuil.
- Laat het apparaat niet vallen, draai of schud het niet.
- Verwarm het toestel niet en gebruik het niet bij open vuur.

5.2 Reinigen

- Alle onderdelen in de NOVO IP-kit kunnen met een milde zeepoplossing en

een vochtige doek worden gereinigd. Droog met een droge doek.

- Zware chemicaliën, vet en andere gevaarlijke stoffen mogen niet worden gebruikt bij het schoonmaken of gebruiken van de onderdelen in de NOVO IP-kit.
- NOVO IP moet uit het stopcontact worden verwijderd voordat u het reinigt.
- Controleer na het schoonmaken of de zorgtelefoon goed werkt door een test alarm naar de alarm ontvanger / centrale te sturen.

5.3 Opmerkingen m.b.t. veiligheid

- Lees de instructies voor gebruik.
- Test het systeem voor het gebruik volgens de instructies.
- Controleer na aanpassingen altijd de werking van het product.
- Dit product is mogelijk niet voor alle personen geschikt en mag geen vervanging zijn voor het routinematige visueel controleren door een zorgverlener.
- Moet niet worden gebruikt in situaties waar een vertraging bij de aankomst van de juiste medische zorg kan leiden tot een potentieel levensbedreigende situatie.
- Onze eenheden zijn NIET bedoeld als een levensondersteunend apparaat, waarvan storingen kunnen leiden tot schade aan een leven.
- Check het apparaat regelmatig en vervang indien nodig.
- Koppel niet aan andere systemen dan die welke in dit document zijn vermeld.
- Houd het toestel altijd droog. Blootstelling aan buitensporig vocht kan storingen veroorzaken.
- Het toestel geeft onder normale omstandigheden geen elektromagnetische storingen.
- Het product kan dichtbij andere producten of apparaten worden geplaatst zolang deze geen mechanische trillingen geven.
- Verwijder de accu als het apparaat niet meer gebruikt of voor een langere periode opgeslagen wordt.

5.4 Afvoer

Als het toestel aan het einde van zijn gebruiksleven is gekomen, verwijder het dan via passende inzamel- of recycleplaatsen in uw land. In de Europese Unie geeft het etiket van het toestel aan dat dit product niet met huishoudelijk afval weggegooid moet worden. Het dient te worden gedeponeerd op een geschikte faciliteit om herstel en recycling mogelijk te maken of stuur het terug naar uw distributeur.

6 Technische gegevens

Afmetingen	175 x 130 x 68 mm (H x W x D)
Gewicht	250 g (incl. accu)
Frequentie, RF	916 MHz
Communicatie	IP en/of GSM, GPRS
Max zendvermogen	50.000 uV/m



www.neat-group.com